



说明:

- 1、AC380V, 50HZ, 三相五线电源, 甲方负责把主电源接入我们自控柜; 1套系统总功率15KW。
- 2、甲方负责把自来水接到恒温恒湿试验室附近;
- 3、冷水机安装位置需要确认, 冷水机机身尺寸L1200*W680*H1400mm;
- 4、甲方预留好排水口;
- 5、自控柜放置位置如平面布置图所示意。自控柜尺寸W900*D450*H2200mm。

| | | | | | | |
|------|----------------|----|------|------|----|----|
| 客户名称 | 水仙药业(建瓯)股份有限公司 | | | | | |
| 项目名称 | | | | 设备名称 | | |
| | 签字 | 日期 | 图样标记 | 设备型号 | | |
| 设计 | | | | 图纸编号 | | 版本 |
| 核对 | | | 材料 | | | |
| 审核 | | | | 比例 | 数量 | |